

Recife, 23 de outubro de 2024.

PROCESSO N°027/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO N°011/2024

SEI N° 0060407929.000026/2024-67

**OBJETO: AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MÁQUINA FREEFORM PARA DIVISÃO DE ÓTICA - DIOTI, para o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Gov. Miguel Arraes S/A. Conforme as disposições e detalhamento constante no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do edital.**

Senhor licitante,

Segue resposta ao questionamento formulado

por e-mail referente ao processo supracitado, esclarecemos:

- 1. Na especificação técnica da máquina vimos a informação "Produtividade: Até 50 lentes/hora, com aceitação de modelos que ofereçam desempenho equivalente", contudo, como a menção de "Até 50 lentes/hora" é aberto e sugestível, pedimos que nos informem a necessidade MÍNIMA aceitável para a produção de lentes por hora.**

**RESPOSTA:** A área demandante informa: "Será considerada a quantidade mínima de 40 lentes/hora."

- 2. Sabe-se que as máquinas necessitam de um software pago para operar, sendo que a cada novo desenho por lente é necessário pagar o "clique/ royalties". A Lafepe está ciente dessa necessidade de investimento a cada novo desenho? Ficará a cargo da própria Lafepe quaisquer custos com o software e seus "cliques" de operação?**

**RESPOSTA:** A área demandante informa: “O LAFEPE está ciente quanto ao pagamento dos cliques de operação, quanto ao software próprio ao funcionamento da Máquina Freeform fica a cargo da licitante apresentar em sua proposta os custos do software, conforme item 8.2.3 do Termo de Referência, descritos: “... a Contratada responsabilizar-se-á pela instalação dos equipamentos bem como de suas utilidades, assim como, os serviços: FAT, SAT, qualificações (instalação/operação/software), treinamentos, start up e acompanhamentos conforme especificações técnicas, conforme item 21.13 do Termo de Referência.”

Atenciosamente,

Adele Santana  
Pregoeira